

## Comité de Compras y Contrataciones

ENMIENDA No.01

Ref. CECANOT-LPN-01/2017

“Compra de Lámpara Cielítica de tres cabezales, con una cámara de 16 megapíxeles y dos Monitores grado Médico de 27 Pulgadas”

**A : Todos los Oferentes Interesados en participar.**

El comité de compras y contrataciones del centro cardio-Neuro Oftalmológico y trasplante CECANOT, les informa que a través de la presente enmienda No.01 del proceso de referencia, ha decidido realizar cambios en las Especificaciones técnicas en los puntos 1.2 - 1.3 - 1.6 - 2.2 - 2.4.

### Especificaciones Técnicas para Lámpara Cielítica.

Anteriormente decían:

1.2	Una Cámara de 16 megapíxeles.
1.3	Dos Monitores grado médico de 27 pulgadas
1.6	Diámetro de campo de luz satélite principal 23-40 cm, secundarios 23-35 cm.
2.2	Certificación de la FDA.
2.4	Fabricación Europea o Americana.* certificado por el fabricante*

Para que en lo adelante Digan:

1.2	Una Cámara de registro de video 1/3CMOS, Resolución. 2.0MP o 2.5MP, Calidad. Full HD 1080P (1920X 1080/60P.)
1.3	Dos Monitores grado médico de 26 o 27 pulgadas.
1.6	Diámetro de campo de luz satélite principal 23-40 cm, secundarios 23-35 cm.
2.2	Certificación de la FDA, CE, ISO
2.4	Fabricación Europea o Norteamericana.* certificado por el fabricante*

Atentamente,

*Berti N. Paulino E*  
**Licda. Berti N. Paulino E**

Enc. Unidad de Compras y Contrataciones